

## Application de la norme NF C 15-160

### QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?

#### Cas n°1

#### RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE, INTERVENTIONNELLE, DENTAIRE, VÉTÉRIINAIRE ET SCANOGRAPHIE

**Vous possédez un équipement radiogène** mis en service avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016, vous avez le choix d'appliquer la situation **A** ou **B**.

#### Cas n°2

**Vous avez le projet de construction d'un cabinet de radiologie, d'un bloc opératoire** dont la mise en service est prévue :

- avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016 : vous avez le choix d'appliquer la situation **C** ou **D**.
- après le 1<sup>er</sup> janvier 2016 : vous devez appliquer la situation **D**.

#### Cas n°3

#### UTILISATION DES AMPLIFICATEURS DE BRILLANCE AU BLOC OPÉRATOIRE

**Vous utilisez des amplificateurs de brillance dans un bloc opératoire** dit *classique* et mis en service avant le 1<sup>er</sup> janvier 2016, non conforme à l'arrêté du 30 août 1991. Vous devez faire réaliser un contrôle des niveaux d'exposition avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017. Si le résultat du contrôle est supérieur à 80 µSv / mois, vous devez appliquer la situation **E**, dans le cas contraire la situation **F**.

Détails au verso.

# Application de la norme NF C 15-160 - QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2014, vos locaux existants ou futurs locaux doivent satisfaire aux exigences des anciennes normes ou de la nouvelle norme. Ce tableau reprend vos obligations dont le choix d'application est à définir par vos soins.

(1) **Anciennes normes** : arrêté du 30 08 1991 (NF C 15-160 de 1975 et normes associées)

(2) **Nouvelle norme** : décision n° 2013 - DC-03-49 de l'ASN du 04 06 2013 (NF C 15-160 de 2011 + prescriptions de la décision)

janvier 2014

janvier 2016

janvier 2017

## RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE, INTERVENTIONNELLE\*, DENTAIRE, VÉTÉRINAIRE ET SCANOGRAPHIE

Cas n°1 Locaux existants avec ou sans modifications

**Anciennes normes** <sup>(1)</sup>

**A**

rédaction d'un rapport de vérification de conformité

**Nouvelle norme** <sup>(2)</sup>

au choix

**B**

rédaction d'une **note de calcul** et d'un rapport de conformité

Cas n°2 Nouvelle construction ou modification de l'existant

**Anciennes normes** <sup>(1)</sup>

**C**

rédaction d'un rapport de vérification de conformité

**Nouvelle norme** <sup>(2)</sup>

au choix jusqu'au  
1<sup>er</sup> janvier 2016

**D**

rédaction d'une **note de calcul** et d'un rapport de conformité

application **obligatoire**, rédaction d'une **note de calcul**  
et d'un rapport de conformité

## \*CAS PARTICULIER : UTILISATION DES AMPLIFICATEURS DE BRILLANCE AU BLOC OPÉRATOIRE

Cas n°3 Locaux existants non conformes à l'arrêté du 30/08/1991 où sont réalisés des actes et procédures interventionnelles radioguidés

Évaluation des niveaux d'exposition  
dans les zones attenantes

<80 µSv/mois avant le 1<sup>er</sup> janvier 2017

**E**

application **obligatoire**, rédaction d'une **note de calcul** et d'un rapport de conformité

**F**

application des **prescriptions** §1 et §4 de l'annexe de la décision ASN de 2013 <sup>(2)</sup>